

ИЗВОД ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ШИФРА ДОКУМЕНТА Р 7.8.-1

6.2.Изјава о усаглашености

У случају када корисник услуга захтева изјаву о усаглашености примењује се радно упутство Правило одлучивања RU 7.8-1. Правила одлучивања дефинисана овим радним упутством се примењују у свим случајевима када корисник услуга захтева изјаву о усаглашености, и са корисником се договара које правило се примењује, а узимајући у обзир спроведену анализу ризика.

У извештају о испитивању се наводи мерна несигурност која је исказана у истој јединици мерења као и мерена величина или у релативној вредности у односу на мерену величину (на пр. у процентима)

Када се даје извештај са мерном несигурношћу, у колону: „Вредност“, у коју се уписује резултат испитивања и мерна несигурност, додаје се знак # и испод колоне наводи : ЛЕГЕНДА: U - Проширена мерна несигурност представља производ комбиноване стандардне несигурности и фактора покривања ($k=2$), за ниво поверења 95%.

За вредности мање од границе квантификације не наводи се мерна несигурност.

Када се даје извештај без мерне несигурности у делу извештаја резултати испитивања “додатни подаци” уноси се “Резултати испитивања се презентују”.

Када корисник захтева извештај без изјаве о усаглашености или кад је правило одлучивања садржано у пропису или нормативном документу није неопходан договор са корисником око правила одлучивања.

Изјавом о усаглашености мора бити јасно идентификовано:

- на које резултате се примењује изјава о усаглашености;
- референтни документ у коме су дефинисани захтеви за усаглашене резултате;
- правило одлучивања које је примењено приликом оцењивања усаглашености резултата испитивања.

Пре верификације Извештаја о испитивању који садржи изјаву о усаглашености надлежни руководиоца или друго лице по овлашћењу проверава:

- да ли је Изјава о усаглашености садржи све напред наведене елементе;
- да ли су примењене проширене мерне несигурности метода у складу са извештајима о одређивању мерене несигурности и да ли су мерне несигурности исказане у истој јединици мерења као и мерена величина;
- да ли је оцењивање усаглашености вршило овлашћено особље.

Изјава о усаглашености се у извештају о испитивању даје према радном упутству *Правило одлучивања RU 7.8-1.*